

单一来源专家论证意见表

专家姓名		职称	正高
工作单位	菏泽市疾控中心	联系方式	15668225906
采购人	菏泽市第三人民医院		
项目名称	菏泽市第三人民医院东软 63 排球管更换采购项目		
专家 论证 意见	论证意见: 1. 现在CT设备整机为本厂生产,零部件应由原厂配备,更稳定,安全,效果比较好. 2. 由于CT设备为比较高端检查仪器,为了保持性能的稳定,应配原厂配件 建议采用单一来源采购方式.		
	专家签字: 2015年10月13日		



单一来源专家论证意见表

专家姓名	刘宇航	职 称	副高
工作单位	菏泽市妇幼保健院	联系方式	16653001292
采购人	菏泽市第三人民医院		
项目名称	菏泽市第三人民医院东软 63 排球管更换采购项目		
专 家 论 证 意 见	论证意见: 1. 球管为 CT 的主要配件,只有原厂件可以匹配 2. 主要配件目前无替代产品,且其它配件无法兼容现有设备 3. 配件达到使用寿命为保证设备平稳运行适时更换 建议采购原厂配件。采用单一来源采购方式。		
	专家签字:  2015 年 10 月 13 日		



单一来源专家论证意见表

专家姓名	张进松	职 称	高级
工作单位	菏泽市第三人民医院	联系方式	13583097171
采购人	菏泽市第三人民医院		
项目名称	菏泽市第三人民医院东软 63 排球管更换采购项目		
专家 论 证 意 见	论证意见: 1. 现有CT设备的主要部件如球管等均与原厂原创, 只有原厂能够提供; 2. 设备的软件为原厂知识产权, 版本升级只有原厂能够提供; 3. 该CT设备由于设备高端, 具有技术的唯一性; 经综合评估, 该CT设备符合《政府采购法》中“只有一种唯一货源或服务”的性质, 建议采用单一来源方式采购。		
	专家签字: 张进松 2015年10月13日		

