

专家论证签到表

项目名称： 西门子设备（西门子 ARTIs pheno DSA、 Prisma 3.0T IR.Artis Q ceilingDSA、 Skyra 3.0T MR、 ARCADIS AranticGen2C 臂） 一批维保

论证时间： 2024 年 11 月 19 日

序号	姓名	工作单位	联系电话
1	王双良	菏泽医院	13655309709
2	李冰	菏泽市卫计委	1550758612
3	朱瑞新	菏泽市传染病医院	13508981779

单一来源采购论证意见表

项目名称	西门子设备（西门子 ARTIs pheno DSA、Prisma 3.0T IR.Artis Q ceilingDSA、 Skyra 3.0T MR、ARCADIS AranticGen2C 臂）一批 维保		
单一来源 供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
论证时间	2024 年 11 月 19 日	论证地点	山东华平项目管理有限公司
专家论证 意见	专家组对菏泽市立医院西门子设备 需要专业维修，所需零件为专用零件， 同时球管、探测器、射线线圈及设备 安全升级等服务只有厂家和厂家授权 经销商为安全合法的供应商，该设备 销售厂商为西门子医疗系统有限公司 业务，根据《中华人民共和国政府采购法》， 第三十一条，故申请单一来源方式向西门 子系统有限公司采购该项目。		
专家签字：王双良			
2024 年 11 月 19 日			

单一来源采购论证意见表

项目名称	西门子设备（西门子 ARTIs pheno DSA、Prisma 3.0T IR.Artis Q ceilingDSA、 Skyra 3.0T MR、ARCADIS AranticGen2C 臂）一批 维保		
单一来源 供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
论证时间	2024 年 11 月 19 日	论证地点	山东华平项目管理有限公司
专家论证 意见	1. 该设备属于大型高端设备，其技术、性能稳定性要求较高，且该设备的维护保养需要特定的技术能力，必须由专业技术人员相应完成。 2. 由于该设备维修保养过程中必须使用原厂配件及原厂专用维修工具，设备配套的工作升级须用原厂软件，其核心部件球管、探测器等均只有原厂可以合法提供。 3. 为保证该院医疗设备的高使用效率与质量，并维持系统的原厂软硬件不断升级，需对该院因设备建议采用单一来源方式采购，符合政府采购第31款“只能从唯一供应商处采购”的情形。		
专家签字： 朱瑞芹 2024 年 11 月 19 日			

单一来源采购论证意见表

项目名称	西门子设备（西门子 ARTIs pheno DSA、Prisma 3.0T IR.Artis Q ceilingDSA、 Skyra 3.0T MR、ARCADIS AranticGen2C 臂）一批 维保		
单一来源 供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
论证时间	2024 年 11 月 19 日	论证地点	山东华平项目管理有限公司
专家论证 意见	菏泽市立医院西门子设备维保项目，系高端医疗设备，设备维护要求高，设备的维护及软硬件的更新均需原厂软硬件方能确保安全稳定运行，为确保设备正常运行，而所有硬件及软件只有厂家及厂家授权经销商才能合法，因此具有不可替代性，为确保设备的正常运行，推荐采用西门子医疗系统有限公司为该项目供应商，建议采用单一来源采购方式采购。		
专家签字： 			
2024 年 11 月 19 日			