

专家论证签到表

项目名称：菏泽市立医院 GE 两台设备维保（GEDiscovery MI 数字化正电子发射断层扫描仪、RevolutionCT）

论证时间：2024 年 11 月 19 日

序号	姓名	工作单位	联系电话
1	朱忠芹	菏泽市传染病医院	13508981779
2	李二雨	菏泽市卫计局	15650758612
3	王双良	菏泽医专	13655309909


单一来源采购论证意见表

项目名称	菏泽市立医院 GE 两台设备维保（GEDiscovery MI 数字化正电子发射断层扫描仪、RevolutionCT）		
单一来源 供应商名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
论证时间	2024 年 11 月 19 日	论证地点	山东华平项目管理有限公司
专家论证 意见	专家组对菏泽市立医院GE正两台设备维保(GEDiscovery MI数字化正电子发射断层扫描仪、RevolutionCT)需求。通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司,符合该设备的维保,有原厂认证合格工程师,国内设有专门的配件库,备件齐备,保证能够随时取得设备故障研究和工厂的技术。特推荐通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司为唯一维保供应商。		
专家签字: 王又良			
2024 年 11 月 19 日			

单一来源采购论证意见表

项目名称	菏泽市立医院 GE 两台设备维保（GEDiscovery MI 数字化正电子发射断层扫描仪、RevolutionCT）		
单一来源 供应商名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
论证时间	2024 年 11 月 19 日	论证地点	山东华平项目管理有限公司
专家论证 意见	1. 该设备属于高端设备，其技术性能稳定性要求较高且该设备的维护保养需要特定的技术能力，必须由专业技术人员才能完成。 2. 由于该套设备维修保养过程中须使用原厂备件及原厂专用维修工具，设备配套的工作站升级须用原厂软件，只有生产厂家的授权及证书。 3. 为保证该院业务工作及医疗设备的正常使用效率与质量，需对该项目设备购买原厂维修服务。鉴于以上原因，本项目建议采用单一来源方式采购，符合政府采购法第31条“只能从唯一处采购”的情形。		
专家签字：  2024 年 11 月 19 日			

单一来源采购论证意见表

项目名称	菏泽市立医院 GE 两台设备维保（GEDiscovery MI 数字化正电子发射断层扫描仪、RevolutionCT）		
单一来源 供应商名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
论证时间	2024 年 11 月 19 日	论证地点	山东华平项目管理有限公司
专家论证 意见	菏泽市立医院 GE 设备（GEDiscovery MI 数字化正电子发射断层扫描仪 RevolutionCT）属于高端设备，维保要求高，对零件厂配件及原厂软件予以维保，为确保设备正常运转，定该维保供应商为厂家授权机构，方能保证，而通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司为唯一授权经销商及维保供应商，为确保设备正常运转，建议采用单一来源方式采购，推荐供应商为通用电气医疗系统发展（上海）有限公司。		
专家签字： 			
2024 年 11 月 19 日			